



## MEB-1K5A24T AAA 醫療產品變更通知

台達 MEB-1K5A24T AAA 系列醫療電源為提供使用者更好的防護，降低漏電流，將進行產品變更，並確保設計變更後都能獲得高品質的產品性能。

有關機種的詳細提升內容，請參閱下表並參考 DeltaPSU 官網的最新規格 ([www.DeltaPSU.com](http://www.DeltaPSU.com))。

機種名	變更內容	舊標籤版本	新標籤版本	導入日期
MEB-1K5A24T AAA	降低漏電流	00	01	2025/10/16

### MEB-1K5A24T AAA 變更內容：

	變更前規格	變更後規格
接觸漏電流 (最大值)	0.1 mA @ 正常狀況 0.5 mA @ 單一故障狀況	0.1 mA @ 正常狀況 0.2 mA @ 單一故障狀況
接地洩漏電流 (最大值)	0.5 mA @ 正常狀況 1 mA @ 單一故障狀況	0.2 mA @ 正常狀況 0.4 mA @ 單一故障狀況